

Celkový sběr moče za 24 hodin na kreatininovou clearance, mikroalbuminurií

Moč sbírejte od 06:00 hodin, kdy se pacient vymočí naposledy do záchodu (**NIKOLI DO SBĚRNÉ NÁDOBY !**) a teprve od této doby sbírá veškerou další moč (i při stolici) do sběrné nádoby. Po 24 hodinách se další den ráno opět v 06:00 pacient vymočí naposledy do sběrné nádoby.



Nejsou-li speciální požadavky, jí pacient stejnou stravu jako dosud a vypije za 24 hodin kolem 2 litrů tekutin. Nejnutnější léky pacient užívá bez přerušení podle pokynů lékaře po celou dobu sběru moče.

Láhve s močí uchovávejte během sběru v lednici, nebo alespoň na chladném místě. Do laboratoře se dodají **1 plná, dobře promíchaná umělohmotná zkumavka**, určená pro odběr moče (žlutá zátká), označená čitelně vyplněným štítkem (viz. odběr moče). S odebraným biologickým materiálem je vždy třeba dodat řádně vyplněnou žádanku a udat **množství moče v ml za 24 hodin**, nebo jiný časový interval (**popř. výšku a váhu pacienta**).

Upozornění: Před přesným změřením odměrným válcem a před odlitím vzorku je nutno celý objem sbírané moče důkladně promíchat.